



पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
सोलापूर विद्यापीठ
NAAC Accredited-2022
'B' Grade (CGPA 2.96)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

केगाव, सोलापूर-४१३२५५ महाराष्ट्र (भारत)

दुरध्वनी क्र.०२१७-२७४४७७१-७३ (११ लाईन्स) फॅक्स-०२१७-२३५१३००

संकेतस्थळ: <http://su.ac.in> ई-मेल: fao@sus.ac.in



खरेदी व भांडार विभाग

जा.क्र.पुअहोसोविसो/विवले/खभांवि/२०२५/०५

दिनांक: 2 JAN 2025

-:पहिली मुदतवाढ:-

प्रति,

विषय: प्रस्तुत विद्यापीठातील रसायनशास्त्र संकुलाकडील एम.एस्सी भाग २ च्या प्रकल्प कामाकरिता व पी.एच.डी संशोधन कामाकरिता Chemistry Diaphragm pump ०१ नग हे शास्त्रीय उपकरण खरेदी करणेकरिता दरपत्रके मागविण्याकरिता पहिली मुदतवाढ देण्याबाबत...

संदर्भ:- दरपत्रक सुचना :जा.क्र.पुअहोसोविसो/विवले/खभांवि/२०२४/८१२ दि.२३/१२/२०२४

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास कळविण्यात येते की, प्रस्तुत विद्यापीठाच्या उपरोक्त नमूद विषयांकित कामाकरिता संदर्भान्वये दि.२३/१२/२०२४ ते दि.०१/०१/२०२५ या कालावधीत दरपत्रके मागविण्यात आली होती. परंतु विहीत कालावधीत अपेक्षित दरपत्रके प्राप्त न झाल्याने यास पहिली मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तरी आपले अपेक्षित दर GST करासह सह अंदाजपत्रकामध्ये (Schedule B) मध्ये भरून मा. वित्त व लेखा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या नावे सिलबंद लिफाफ्यात विहीत मुदतीत पाठवावे. दरपत्रकासंदर्भात सविस्तर माहिती व सुचना सोबत जोडल्या आहेत.

वरील कामाचे दरपत्रक, सुचना सोलापूर विद्यापीठाच्या <http://su.ac.in> या संकेतस्थळावर (Quotation) या शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे.

अ.क्रं	तपशिल	दिनांक	वेळ	ठिकाण
१.	दरपत्रके प्रकाशित करण्याचा दिनांक व वेळ	०२/०१/२०२५		वित्त व लेखा विभाग, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-पुणे महामार्ग, केगाव, सोलापूर- ४१३ २५५
२.	दरपत्रके स्विकारण्याची दिनांक व वेळ	०२/०१/२०२५		
३.	दरपत्रक सादर करणे अंतिम दिनांक व वेळ	०९/०१/२०२५	सायं.६.००	
४.	दरपत्रक उघडण्याचा दिनांक/वेळ आणि ठिकाण (शक्य झाल्यास)	१०/०१/२०२५	दुपारी ३.३०	

msk
(सी.ए. एम.एस. खराडे)
वित्त व लेखा अधिकारी

सुचना व अटी

१. दरपत्रक हे सिलबंद पाकिटातून कार्यालयीन वेळेत मा. वित्त व लेखा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-पुणे महामार्ग केगांव, सोलापूर-४१३ २५५ यांच्या नावाने विहित मुदतीत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावीत.
२. पाकीटावरती प्रस्तुत विद्यापीठातील रसायनशास्त्र संकुलाकरिता Chemistry Diaphragm pump ०१ नग खरेदीकरिता दरपत्रके असा स्पष्ट उल्लेख करावा.
३. SCHEDULE-B मधील Specification प्रमाणे पुरवठा करणे आवश्यक आहे.
४. दरपत्रकामध्ये खाडाखोड किंवा व्हायटनर चा वापर केल्यास दरपत्रक रद्द करण्यात येईल.
५. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (शॉप ॲक्ट लायसन्स) मध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचा संबंधित खरेदी किंवा कामाशी संबंध असणे आवश्यक आहे. (संबंधित साहित्य खरेदी व कामाचा अनुभव असणे बंधनकारक राहिल.)
६. संबंधित कामाचा अनुभव असल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.
७. शॉप ॲक्ट लायसन्स, पॅन कार्ड, GST Registration, यांच्या छायांकित प्रती जोडणे बंधनकारक राहिल.
तसेच नियमानुसार GST Registration प्रमाणपत्र नसल्यास तसे हमीपत्र फर्मच्या लेटरहेडवर तयार करून जोडावे.
८. दिलेल्या मुदतीनंतर म्हणजेच उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही. तसेच अटी व शर्ती अपूर्ण असलेली दरपत्रके मंजूर करण्यात येणार नाहीत.
९. दरपत्रके हे देताना आपले दर सर्व करासहित (Including GST किंवा Excluding GST) किंमत असा स्पष्ट उल्लेख करावा. सदर साहित्य हे विद्यापीठात आवश्यकते प्रमाणे स्व:खर्चाने पुरवठा करणे व सेवा देणे बंधनकारक राहिल.
१०. फर्मने दिलेले दर हे अंतिम राहतील त्यामध्ये कोणतीही वाढ केली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
११. न्युनतम दर असलेल्या फर्मला कार्यारंभ/पुरवठा आदेश दिल्यानंतर विहित मुदतीत काम न केल्यास संबंधित फर्मवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
१२. कार्यारंभ/पुरवठा आदेशाप्रमाणे साहित्य प्राप्त झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच प्रचलीत कराची कपात करून देयक आदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
१३. कामाचा / साहित्याचा दर्जा उत्तम असावा.
१४. कोणतेही कारण न देता दरपत्रके स्विकारणे अथवा नाकारणे किंवा कोणत्याही टप्प्यावर प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत विद्यापीठाने अधिकार राखून ठेवलेले आहेत. तसेच पुरवठा आदेशानुसार साहित्य नसेल तर पुरवठादाराचा ठेका रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठास राहिल.
१५. वरील दरपत्रकासंदर्भात काही शंका/अडचण असल्यास विद्यापीठाच्या ०२१७-२७४४७७०-७४ (Ext.१७३) या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
१६. पुरवठा आदेशातील सर्व अटी व शर्ती माझ्यावर बंधनकारक राहतील.
१७. सदर सुचना व अटी मान्य असल्याची स्वाक्षरी व शिक्का असलेले दरपत्रक तसेच सोबत जोडलेले हमीपत्र (Declaration) भरून स्वाक्षरी व शिक्कासह जोडणे बंधनकारक असेल त्या शिवाय दरपत्रकाचा स्विकार केला जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
१८. वरील सुचना व अटी मान्य आहेत.

पुरवठादाराची स्वाक्षरी व शिक्का

DECLARATION

I _____ hereby
Declare that, our firm _____ is not Black
listed, debarred or prohibited by Government of India or any other Government, Union
Authority or Organization or University. I further declare that, no case/s, criminal or
Civil or Enquires of any kind are pending or settled between our firm and Punyashlok
Ahilyadevi Holkar Solapur University before judicial and quasi-judicial authority. If any
civil and criminal case is found pending against university is right to action against us.

**Name of the Bidder/
Firm, Seal & Signature**

अंदाजपत्रक [Shedule B]

{दरपत्रक हे फर्मच्या लेटर हेडवर सादर करावे (To be printed on letter Head)}

प्रति,

मा. वित्त व लेखा अधिकारी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ,
सोलापूर.

दि.

विषय: प्रस्तुत विद्यापीठातील रसायनशास्त्र संकुलाकडील एम.एस्सी भाग २ च्या प्रकल्प कामाकरिता व पी.एच.डी संशोधन कामाकरिता Chemistry Diaphragm pump ०१ नग हे शास्त्रीय उपकरण खरेदी करणेकरिता दरपत्रके मागविणेसाठी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत...

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून आम्ही खालील नमूद दराप्रमाणे पुरवठा करण्यास तयार आहोत.

Specification			Quantity	Total Amt.
Chemistry Diaphragm pump			01	
Technical Data	Unit	MD 1C + AK + EK		
Number of Heads / Stages		4/3		
Max. Pumping Speed at 50/60Hz	m3/h	1.3/1.5		
Max. Pumping Speed at 50/60Hz	cfm	0.8/0.9		
Ultimate Vacuum (abs)	Mbar/torr	2/1.5		
Ultim. Vac. (abs.) with gas ballast	Mbar/torr	4/3		
Ambient temperature range (operation)	°C	10-40		
Ambient temperature range (Storage)	°C	-10-60		
Max. back pressure(abs.)	Bar	1.1		
Inlet connection		Hose nozzle DN 8-10 mm		
Outlet connection		Hose nozzle DN 8-10 mm		
Coolent connection	kW	2× Hose nozzle DN 6-8 mm		
Rated motor power	kW	0.18		
Rated motor speed at 50/60 Hz	Min - 1	1500/1800		
Protection class		IP 40		
Dimensions (L× W × H)	mm	316× 239 × 405		
Weight	Kg	10.2		
Noise level at 50Hz, typ.	dBA	45		
ATEX conformity (only 230v)		II 3/-G IIC T3 × Internal Atm. Only		
Items supplied		Pumping unit completely mounted, ready for use, with manual.		
Accessories		Rubber vacuum tubing DN 8 mm (20686001) flow control valve (20677137)		
Total Amount				
GST_%				
Total Amount with GST				

उपरोक्त मागणीप्रमाणे मी/आम्ही काम करण्यास तयार आहोत, तरी काम मिळावे ही विनंती.

पुरवठादाराची स्वाक्षरी व शिक्का